



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
Dirigente Dottor Fabrizio Cherchi

Publicato il 30/12/2019

C277-19

Richiesta di Preventivo per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50 del 2016 - Fornitura “chiavi in mano” di un Sistema di Purificazione Cromatografia Flash finalizzata alle esigenze della Facoltà di Scienze presso la Cittadella Universitaria di Monserrato – Importo a base d’asta € 28.690,00 oltre I.V.A. – C.U.P.: F55E19000040005– CIG: ZA6296BDEA– **DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. 45 del 10.01.2019 pubblicato in G.U. n. 34 del 09 febbraio 2019;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la richiesta pervenuta alla D.A.A.C. dalla Segreteria della Facoltà di Scienze in data 23 maggio 2019, per la fornitura di un Sistema di Purificazione Cromatografia Flash finalizzata alle esigenze della Facoltà di Scienze;

DATO ATTO che con disposizione dirigenziale n. 722 del 5 agosto 2019 era stata avviata sul Mepa una procedura volta all’acquisizione di preventivi per la fornitura dello strumento richiesto;

DATO ATTO che con disposizione dirigenziale n. 1102 del 25 novembre 2019 la Stazione appaltante rendeva noto che nessuno dei preventivi presentati era idoneo a soddisfare la richiesta, conformemente a quanto disposto dal comma 12, dell’art. 95 del Codice;

VISTA la determina a contrarre n. 1114 del 28 novembre 2019 del Dirigente della Direzione acquisti, appalti e contratti, con la quale si è provveduto ad indire una nuova procedura, mediante richiesta di preventivi, per l’acquisizione del bene richiesto dalla Facoltà di Scienze;

VISTA la procedura mediante RdP n° 2461028 del 29/11/2019 indetta sul MePA dalla Direzione Acquisti, Appalti e Contratti secondo quanto disposto nella determina citata;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 15/12/2019, ore 12:00, sono pervenuti i seguenti tre preventivi;

Posizione nella graduatoria MePA	Operatore economico	Indirizzo P. IVA/C.F.	Offerta Economica (IVA esclusa)
----------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------

COORDINAMENTO GARE D’APPALTO E SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE

Gare Mepa

Sede: via Università 40, 09124 CAGLIARI

Tel. 070.675. 2388/6823 - Fax 070.675.2344

E-mail: gare@unica.it; gare@pec.unica.it

WWW: www.unica.it



1	BUECHI ITALIA S.r.l.	VIA MOTTA,10, 20100, MILANO 0607700159	€ 17.320,00
2	ALFATECH SPA	VIA A. SCARSELLINI 97, 16100, GENOVA 01766930992	€ 22.500,00
3	BIOTAGE SWEDEN AB	BOX 8 – 751 03 UPPSALA, SWEDEN	€ 24.825,27

DATO ATTO

che i preventivi di cui alla tabella sopra sono stati trasmessi al referente scientifico per la verifica della conformità, sotto il profilo tecnico, dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto;

VISTA

la graduatoria generata dal sistema del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO

che il preventivo presentato dal primo classificato nella suddetta graduatoria, Buechi Italia Srl, è stato valutato dal referente scientifico, prof. Andrea Porcheddu, professore associato del Dipartimento di Scienze chimiche e biologiche con nota del 16/12/2019, non funzionalmente equivalente al bene richiesto in quanto, sotto il profilo tecnico- funzionale: *“La strumentazione proposta, (...) non consente di effettuare analisi in parallelo, ovvero montare ed eseguire operazioni di purificazione cromatografia su più colonne in sequenza; la correzione della linea di base è fondamentale per una buona esecuzione delle operazioni di frazionamento per evitare falsi positivi; il sistema di iniezione proposto è soggetto a rottura e ciò comporta un aggravio per l'Amministrazione nel tempo di vita dello strumento. È stato richiesto uno strumento senza valvole di iniezione perché queste tendono ad ostruirsi. L'iniezione direttamente in colonna evita che un errore dell'operatore (...) possa compromettere l'intero strumento”*;

CONSIDERATO

che il preventivo presentato dal secondo classificato nella suddetta graduatoria, Alfatech Spa, è stato valutato dal referente scientifico, con nota del 16/12/ 2019, non funzionalmente equivalente al bene richiesto in quanto *“presenta un gap notevole nel range di pressione: - Range di pressione: 0-30 bar (0-3000 kPa; 0-435 psi). Proposto da Unica - Range di pressione: 0-20 bar (0-2000 kPa; 0-300 psi). Proposto da Alphatech. Un range più alto di pressione permette anche di condizionare più velocemente la colonna. Nella nota si precisa “si è chiesto uno strumento che non avesse appositamente alcuna valvola di iniezione del campione perché le valvole tendono ad ostruirsi, a seconda del tipo di campione grezzo. Quindi la presenza della valvola limita la tipologia di campioni grezzi che si possono separare. La non presenza della valvola implica anche un minor costo potenziale rispetto ad eventuali interventi tecnici richiesti per la sostituzione e un minor costo di manutenzione. Sebbene in alcuni documenti del produttore si dichiara che la valvola si possa bypassare, rimane il fatto di una minore praticità di utilizzo. Poiché lo strumento è destinato alla Didattica, il referente precisa che è necessario “minimizzare la possibilità che si creino guasti, occlusioni o problemi durante i settaggi delle corse”*.

COORDINAMENTO GARE D'APPALTO E SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE**Gare Mepa**

Sede: via Università 40, 09124 CAGLIARI

Tel. 070.675. 2388/6823 - Fax 070.675.2344

E-mail: gare@unica.it; gare@pec.unica.itWWW: www.unica.it



- CONSIDERATO** che il referente scientifico, con nota del 17/12/2019, ha provveduto ad esaminare, sotto il profilo tecnico, il preventivo presentato dal terzo classificato nella Graduatoria Mepa, Biotage Sweden AB, con sede legale in Uppsala, Sweden Box 8 – 751 03 Uppsala, P.Iva SE556487492201, ritenendolo pienamente rispondente alle esigenze didattico-scientifiche indicate nelle richieste formulate;
- VISTO** il preventivo presentato dalla terza classificata, pari a € 24.825, 27 Iva esclusa;
- CONSIDERATO** che l'importo della fornitura Iva inclusa è pari a € 30.286,83 e che tale importo trova copertura nella voce COAN A. ALTRO_CHERCHI_C.019_ANNO2018 - CODICE C.019 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018 - Allestimenti per Facoltà - richieste per il 2019;
- CONSIDERATO** che l'art. 36 co. 6 *ter* del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che si proceda alla verifica dei requisiti di carattere generale soltanto laddove il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 *bis*;
- CONSIDERATO** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del Codice;
- DATO ATTO** che il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dott. Roberto Alba - tel. 070/6752123 e-mail: roberto.alba@amm.unica.it.

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura chiavi in mano di un sistema di purificazione cromatografia flash finalizzata alle esigenze della Facoltà di Scienze presso la Cittadella Universitaria di Monserrato all'operatore economico Biotage Sweden AB, con sede legale in Uppsala, Sweden, Box 8 – 751 03 Uppsala, P.Iva SE556487492201, per un importo di € 24.825,27 oltre Iva;

ART. 2

che l'importo di euro 30.286,83 IVA inclusa trova copertura nella voce COAN. ALTRO_CHERCHI_C.019_ANNO2018 - CODICE C.019 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018 - Allestimenti per Facoltà - richieste per il 2019.

ART. 3

che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche sui requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. lgs. 50/2016.

COORDINAMENTO GARE D'APPALTO E SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE

Gare Mepa

Sede: via Università 40, 09124 CAGLIARI

Tel. 070.675. 2388/6823 - Fax 070.675.2344

E-mail: gare@unica.it; gare@pec.unica.it

WWW: www.unica.it



ART. 4

Di individuare nella persona del Dott. Roberto Alba - tel. 070/6752123 e-mail: roberto.alba@amm.unica.it il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente e R.U.P.

Dott. Fabrizio Cherchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Cherchi'.