



Direttore DSCG
Dott. Alessandra Secchi

Monserrato, 31/03/2022

Oggetto: Dichiarazione di scelta RdO 2977400

Egregio Direttore,

In base alle offerte ricevute ed alle schede tecniche allegate, si riporta quanto segue:

Ditta	Marca offerta Rotavapor	Prezzo Rotavapor	Marca offerta Agitatori	Prezzo Agitatori (unitario)	Prezzo Agitatori (totale)	Totale
Depeco srl	Buchi	3100	Corning	650	1300	4400
Microtec srl	Buchi	3500	Corning	486	972	4472
Satesil	IKA	1970	IKA	640	1280	3250
Chemic als srl	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	2869

Nota: tutti prezzi riportati sono al netto dell'iva

Valutazione tecnica

Caratteristiche tecniche richieste	Depeco srl	Microtec srl	Satesil	Chemic als srl
Buchi R-100: sistema di sollevamento manuale, bagno B-100 (da 20°C a 95°C) per palloni di evaporazione max. 4L. Vetreria verticale in vetro PLG	Come richiesto	Come richiesto	Caratteristiche richieste non presenti: •Vetreria di sicurezza PLG (rivestita di plastica, anti deflagrante)	Caratteristiche richieste non presenti: •Vetreria di sicurezza PLG (rivestita di plastica, anti deflagrante) •Range di temperatura bagno non definita
Corning - Agitatore a	Come richiesto	Come richiesto	Non presente doppio display, come da	Caratteristiche richieste non presenti:



magnete con piastra riscaldante in ceramica mod. PC-420D, dotato di doppio display (RPM e °C), range temperatura 5°C sopra temp. Ambiente a +550 °C, Rpm 60-1.150. Dimensioni: 10,8x19,7x28cm (A x L x P)			descrizione su sito del produttore https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Magnetic-Stirrers-Hot-Plate-Lab-Mixer-Stirrer-Blender-csp-188/C-MAG-HS-4-digital-cpdt-4240200/	<ul style="list-style-type: none">• Range temperatura: ambiente-310°C (richiesto amb-550°C)• Doppio display: non presente
---	--	--	---	--

Dalla valutazione tecnica risulta che gli articoli offerti dalle ditte Satesil e Chemical als srl non presentano alcune delle caratteristiche tecniche richieste. In particolare, i rotavapor non sono forniti di vetreria PLG, e gli agitatori non possiedono il doppio display RPM e °C. Per questi motivi, tra le due ditte che hanno offerto articoli rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, si chiede di aggiudicare la gara alla ditta Depeco srl, in quanto offerente la merce richiesta al minor prezzo.

Cordiali saluti.

Giuseppe Sforazzini, Tiziana Pivetta, Claudia Fattuoni
Sottoscritto con firma digitale